Produktinformation

Positionsnummer: 14.24.21.0060

Produktbezeichnung: AirSense 11 AutoSet; Art.-Nr.: 39163

Merkmale:

Auto-CPAP-Gerät zur Behandlung obstruktiver Schlafapnoen bei Patienten mit einem Körpergewicht von über 30 kg. Das Gerät erzeugt ein kontinuierlich, automatisch anpassendes Druckniveau, kann aber auch im CPAP-Modus verwendet werden. Der Therapiedruck wird über ein Schlauch-Masken-System verabreicht.

Abmessungen (LxBxH): 13,9 cm x 23,7 cm 9,5 cm
Gewicht: 1,14 kg
Energieversorgung: Netzteil 100 – 240 V AC, 50–60 Hz, 2,0 A, 24V DC
Leistungsaufnahme: ca. 56 W, Standby 1,9 W
Betriebsmodus: CPAP, APAP
Druckbereich: 4 hPa bis 20 hPa
Betriebsgeräusch: 25 dB(A) ± 2 dB(A)
Wartung: Lt. Hersteller keine Wartung erforderlich
Wiedereinsatz: Wiedereinsatz möglich, Informationen hierzu im Klinischen Handbuch oder bei ResMed

Lieferumfang:
AirSense 11 AutoSet, Art.-Nr. 39163
- Gerät AirSense 11 AutoSet, Art.-Nr. 39483
- Seitenabdeckung, Art.-Nr. 39226
- SlimLine™ Atemschlauch 180 cm, 15 mm ID, Art.-Nr. 36810
- Air11™-Netzteil 65 W, Art.-Nr. 39211
- Air11-Luftfilter (2 Stück), Art.-Nr. 30301
- Air11-Transporttasche, Art.-Nr. 39221
- SD-Karte, Art.-Nr. 39228
- Gebrauchsanweisung

Druck- und Regelverhalten:
Druck- und Regelverhalten gem. Prüfmethode 14-5 04/2018 MDS-Hi

Obstruktionen werden mit einem Therapiedruck von 10 hPa geöffnet? (ja/nein):
15 s Obstruktion > ja, 30 s Obstruktion > ja, 120 s Obstruktion > ja

Wenn ja nach wie vielen Obstruktionsphasen:
15 s Obstruktion > 7, 30 s Obstruktion > 4, 120 s Obstruktion > 4

Wie viele der 20 Obstruktionen je Sequenz werden geöffnet?
15 s Obstruktion > 9, 30 s Obstruktion > 12, 120 s Obstruktion > 12

© Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. [REHADAT]

Höchster erreichter Therapiedruck in hPa:
15 s Obstruktion > 10,8 hPa, 30 s Obstruktion > 11,7 hPa, 120 s Obstruktion > 11,8 hPa

Nach wie vielen der jeweils 20 Obstruktionen je Sequenz wird der Therapiedruck um mindestens 0,3 hPa abgesenkt?
15 s Obstruktion > 2, 30 s Obstruktion > 2, 120 s Obstruktion > 1

Hersteller:

ResMed Germany Inc.
Mahatma-Gandhi-Platz 3
81248 München

089 9901-0
kontakt@resmed.de
https://www.resmed.com

© Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. [REHADAT]